



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	混合性部分凝血活酶時間/Mixing APTT	
醫令代碼	080920000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 含 3.2% sodium citrate 之真空採血管。	檢體量： 全血量與 sodium citrate 成 9:1 之比例(至透明白線)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	1. 不良檢體:檢體少於或多於標記之透明白線、溶血達 2+以上、檢體凝固、檢體存放超過 4 小時未檢測、病人資料不符，皆以退件重新採檢處理。 2. 患者 Hct>55%。	
檢驗操作方法/儀器	凝固法/CS-1600	
可送檢時間	24 小時	
報告完成時間	8 小時內完成	
檢驗效能/干擾	1. 檢驗效能 AMR:0~1800sec. 2. 干擾 溶血、凝血及脂血。	
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:室溫。 2. 當日離心後檢體室溫可存放 4 小時。 3. 血漿在-20℃可保存兩週。 4. 血漿在-70℃可保存 6 個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:08088B 給付點數:150 自費價格:195	
生物參考區間	1. 參考範圍:23.9-34.9 sec。	

(包含臨危值通報)	2. 臨危值:無。
臨床意義與用途： 可用於篩選先天性內在路徑(intrinsic pathway)凝血因子缺乏或是否有抑制劑存在。	
備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1. 自行操作 2. 可接受委託檢驗	