

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

檢驗醫學科量測不確定度審查表

年度：2023

組別：門診鏡檢組

項目	濃度	量測不確定度(%)	擴充不確定度	審查
FOB	71	3	6	合格
	149	2	4	合格
Uscanner A RBC	15	19	38	合格
	0	0	0	合格
Uscanner A WBC	11	23	46	合格
	39	27	54	合格
Uscanner B RBC	14	21	42	合格
	0	0	0	合格
Uscanner B WBC	11	17	34	合格
	44	46	92	合格
10EA(A台)	1.0048	0.0398	0.0796	合格
	1.0290	0.0571	0.1142	合格
10EA(B台)	1.0048	0.0356	0.0712	合格
	1.0286	0.0543	0.1086	合格
4EA(A台)	1.0048	0.0398	0.0796	合格
	1.0289	0.0607	0.1214	合格
4EA(B台)	1.0049	0.0304	0.0608	合格
	1.0285	0.0498	0.0996	合格

E6A0021112-G4

GTA00B002