

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

檢驗醫學科量測不確定度審查表

年度：114 組別：門診鏡檢組

項目	濃度	量測不確定度(%)	擴充不確定度	審查
FOB	75	3%	0.06	合格
	161	2%	0.04	合格
Uscanner A RBC	146	8%	0.16	合格
	0	0%	0	合格
Uscanner A WBC	92	15%	0.30	合格
	6	8%	0.16	合格
Uscanner B RBC	144	9%	0.18	合格
	0	0%	0	合格
Uscanner B WBC	91	15%	0.30	合格
	6	12%	0.24	合格
10EA(A台)	1.0040	0.0189%	0.0004	合格
	1.0333	0.2383%	0.0048	合格
10EA(B台)	1.0042	0.0412%	0.0008	合格
	1.0330	0.2543%	0.0051	合格
4EA(A台)	1.0040	0.0212%	0.0004	合格
	1.0332	0.2399%	0.0048	合格
4EA(B台)	1.0042	0.0416%	0.0008	合格
	1.0327	0.2509%	0.0050	合格

E6A0021112-G4

GTA00B002