



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	中文：比重 英文：Specific gravity					
醫令代碼	060020000001~ 060020000004					
檢體類別	Body fluid					
採檢容器及檢體量		採檢容器：綠蓋旋轉無菌尿管 檢體量：尿液 10 mL，體液 3 mL				
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 採集新鮮尿液 10 mL 或體液至少 3mL。 2. 應在採檢後 2 個小時內測定完畢，若無法立即測定須將尿液檢體關蓋避光保存 2~8°C，並在 24 小時內完成分析，檢測前需先回溫。					
檢驗操作方法/儀器	比重折射儀。					
可送檢時間	24小時。					
報告完成時間	4小時。					
檢驗效能/干擾	N/A					
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8 °C冷藏保存。					
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機4307					
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：06002C 給付點數：15 自費價格：20					
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Random urine： 1.003 ~ 1.030 Body fluid： 1.008 ~ 1.013					
臨床意義與用途：						
<table border="1"> <tr> <td>漏出液(Transudate)</td> <td>滲出液(Exudate)</td> </tr> <tr> <td><1.015</td> <td>>1.018</td> </tr> </table>			漏出液(Transudate)	滲出液(Exudate)	<1.015	>1.018
漏出液(Transudate)	滲出液(Exudate)					
<1.015	>1.018					
測定尿液或體液比重，可以反應尿中總溶質濃度。						
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。						