



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/01/31

檢驗項目(中文/英文)	UIBC
醫令代碼	090350000001、090350000007
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	紅頭管、黃頭管或綠頭管(lithium heparin)2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。 2. 空腹採血
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1. 檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果 2. 顯著且異常高含量的重金屬可能會干擾此分析
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式：冷藏 2-8°C 4 天
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09035C/270/351
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間：155-355 ug/dL。
臨床意義與用途： 血清的TIBC與代謝有關；臨床上多和血清鐵(Fe)搭配診斷缺鐵性貧血、血鐵質沉著病、慢性出血性貧血。缺鐵性貧血時TIBC會升高，但transferrin的飽和度可能會低於15 %或更低。血清鐵過低造成的低TIBC與貧血的慢性失調，或惡性腫瘤或感染有關。另外亦可反應肝機能	
備註：本院自行操作,可接受委託檢驗	